

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
140 96 Praha 4, Budějovická 7

č.j.: 24164-3/2018-900000-090

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky	„Zajištění dodávky 12 ks přenosných Ramanových spektrometrů pro útvary Dohledu CS ČR“
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele:	Z2017-035766 P17V000000568
Označení zadavatele	Česká republika - Generální ředitelství cel IČ: 71214011 Budějovická 7, 140 96 Praha 4
Předmět veřejné zakázky	Předmětem veřejné zakázky je dodání 12-ti kusů ručních bateriově napájených laserových přístrojů – spektrometrů na principu Ramanova spektra pro identifikaci chemických látek do místa plnění.
Použitý druh zadávacího řízení	Otevřené řízení
Označení účastníků zadávacího řízení	1. BAS Rudice spol. s r.o. 2. Nicolet CZ s.r.o. 3. ELMES Praha, s.r.o.
Označení vyloučených účastníků s uvedením důvodu	Žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení	Zadavatel při posuzování splnění podmínek účasti dospěl ke zjištění, že ze zadávacích podmínek dotčené veřejné zakázky není zřejmé, jakých minimálních hodnot má požtávané zařízení dosahovat, pokud jde o eliminaci fluorescence, jinými slovy jak intenzivní fluorescenci má požtávané zařízení umět potlačit tak, aby identifikovalo přítomnost zájmových látek. V Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technické požadavky na Zařízení a obslužný a vyhodnocovací software je související technický požadavek na požtávané zařízení popsán pouze jako „Laserové buzení s vlnovou délkou min. 750 nm s eliminací fluorescence a zajištěním rychlých testů“, aniž by byl požadavek na eliminaci fluorescence blíže specifikován. Pro úspěšné testování zkoumaných látek (sloučenin) je přítom určitá minimální míra potlačení fluorescence nezbytná a v zadávacích podmínkách by měla být garantována např. tak, že budou dodavateli nabízená zařízení za tímto účelem testována. Schopnost nabízených zařízení eliminovat fluorescenci může být také předmětem hodnocení nabídek s tím, že nabídka zařízení prokazující vyšší míru potlačení fluorescence bude

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
140 96 Praha 4, Budějovická 7

	v rámci hodnocení bonifikována. S ohledem na výše uvedené dospěl zadavatel k závěru, že zadávací podmínky dotčené VZ jsou nastaveny neúplně, když jednoznačně nestanovují pravidla pro posouzení a případně také pro hodnocení nabídek z hlediska schopnosti nabízeného zařízení eliminovat fluorescenci. Tato schopnost je přitom pro praktické využití zařízení klíčová. V neposlední řadě vzal zadavatel v úvahu ust. § 36 odst. 3 zákona, dle něhož zadavatel nesmí přenášet svou odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Z výše popsaných skutečností je tedy zřejmé, že absence pravidel neumožnila zadavateli posoudit nabídky z hlediska schopnosti zařízení eliminovat fluorescenci, aniž by zadavatel musel dodatečně stanovovat minimální míru potlačení fluorescence (např. tak, že jednotlivá zařízení detekují přítomnost zájmové látky ve sloučenině). Zadavatel přitom nemůže na posouzení schopnosti zařízení potlačovat fluorescenci rezignovat, neboť bez této schopnosti nebo pouze s nízkou mírou této schopnosti (kterou však zadavatel v zadávacích podmínkách nestanovil) by zařízení nemohlo sloužit k účelu, pro který mělo být pořízeno. Po zadavateli tedy nelze požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl zadavatel v souladu s § 49 zákona ve spojení s § 127/2/d zákona tak, že přijal opatření k nápravě spočívající ve zrušení zadávacího řízení.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:	Rozdělení veřejné zakázky na části nepřichází s ohledem na předmět veřejné zakázky v úvahu
Oznámení o výsledku zadávacího řízení:	Uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 05. 2018, evidenční číslo formuláře F2018-015032.

Mgr. Petr Polák
vedoucí SO 090 Veřejných zakázek
podepsáno elektronicky