

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

140 96 Praha 4, Budějovická 7

Všem uchazečům

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA

43145/2013-900000-010

VYŘIZUJE / LINKA

Mgr. Řehořová/261332530

DATUM

2.9.2013

Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci – Veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), „Dodávka analyzátoru elementárního složení“ zahájená Výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace a uveřejněná na profilu zadavatele dne 27.8.2013.

Předkládáme Vám doplňující informace k zadávací dokumentaci na základě zaslaných dotazů:

1. Dotaz:

- 1) Je pro ovládání elementárního analyzátoru prostřednictvím softwaru ISODAT postačující funkce start/stop nebo je požadovaná extenzivnější kontrola přístroje dalšími funkcemi?
- 2) Můžete blíže specifikovat „Propojovací jednotku pro nástřik plynů do IRMS“. Jedná se o propojení elementárního analyzátoru s IRMS, nebo o interface pro referenční plyny?

1. Odpověď:

Ad 1) Funkce start/stop stačí pro samotný elementární analyzátor, kde všechny potřebné parametry lze nastavit přímo na něm, nicméně v případě autosampleru kapalných vzorků to nestačí neboť se přenáší i informace o čísle vialky.

Ad 2) De facto jde o obojí, tato jednotka je mezičlánkem mezi elementárním analyzátozem a IRMS a zároveň zajišťuje nařazení toku plynu se vzorkem z elementárního analyzátoru heliem a nadávkování referenčního plynu.

S pozdravem



Ing. Jiří Hammer

Zadavatel a ředitel Sekce ekonomiky a informatiky