

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky	
Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, d) v předpokládaném termín splnění veřejné zakázky, oproti skutečnostem uvedeným podle §1.	Netýká se, nedošlo ke změnám oproti skutečnostem uvedeným podle §1.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlžení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.	Rizikem je podstatné omezení možnosti operativní činnosti CTL. Jedná se o jeden ze stěžejních analytických systémů celně technické laboratoře pro potřeby zamezení daňových úniků, falzifikace zboží a odhalování další trestní činnosti, jež jsou v náplni a kompetenci Celní správy ČR. Daný analytický systém izotopové analýzy SNIF-NMR nemá jinou alternativu. NMR pracoviště plní v současnosti hlavní úkoly v oblasti analýzy obsahu stabilních izotopů vodíku – důležité parametry při určování původu lihu, lihovin, vína, ovocných šťáv, cukru, medu, octa apod. (z hlediska původu botanického a v případech některých komodit i geografického). Pracoviště se významně podílelo při zabezpečení odhalování trestné činnosti v kauze „METYL“. Další nezastupitelnou úlohu plní v oblasti organické strukturní analýzy – identifikace organických látek (např. omamných a psychotropních látek, jejich prekurzorů a nových syntetických drog, neznámých organických látek), zjištění přítomnosti FAME nebo rostlinného oleje v minerálním oleji aj. Pracoviště je uznávané i mezinárodně v rámci evropské sítě celních laboratoří i ve skupině evropských laboratoří pro kontrolu vína s návazností na Společné výzkumné centrum EU v Ispře a v Geelu. Vzhledem k fyzickému i morálnímu zastarání celého systému a jeho řídicí elektroniky (cca 20 let a 12 let), konci podpory operačního systému Windows XP a tím nemožnosti aktualizace řídicího SW spektrometrů, konci životnosti staršího supravodivého magnetu a v neposlední řadě hrozící nedostupnosti náhradních dílů v případě poruchy je nezbytné provést obnovu NMR spektrometrů. Toto špičkové vybavení CTL zajišťuje nezávislost rozborů pro Celní správu ČR, jejichž zadávání do privátních zahraničních laboratoří by bylo neúměrně drahé.

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.	Bez variant.
Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	Plnění plánovaného cíle nelze bez ukončené veřejné zakázky dosáhnout.
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.	Neuvedeno.

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Netýká se, nepožadováno.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků nebo technických útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)	Netýká se, nepožadováno.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.	Netýká se, nepožadováno.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.	Netýká se, nepožadováno.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.	Netýká se, nepožadováno.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.	Netýká se, nepožadováno.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby podle § 4 vyhlášky	
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů	Netýká se, obchodní podmínky nestanoví delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.	Netýká se, nepožadováno.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky.	Netýká se, nepožadováno.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24 měsíců.	Netýká se, obchodní podmínky nestanoví požadavek na záruční lhůtu delší než 24 měsíců, v případě této komodity lze akceptovat nabídku s delší záruční dobou.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.	Smluvní pokuta ve výši 1% bez DPH z kupní ceny je stanovena za porušení povinnosti garance dostupnosti servisu a náhradních dílů do poptávaných zařízení. Porušením smluvní povinnosti by mohl být ohrožen samotný provoz poptávaných zařízení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.	Netýká se, nestanovení.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle § 4 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.	

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky	
Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
Viz technická specifikace, která je přílohou zadávací dokumentace.	Uvedené jednotlivé parametry stanoví minimální nezbytnou kvalitu zařízení pro naplnění plánovaného cíle veřejné zakázky.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky	
Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Nejnižší nabídková cena vč. DPH	Při splnění požadavků zákona a zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách zvítězí nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky	
Hodnota	Odůvodnění
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 38.466.800,- Kč bez DPH	Předpokládaná cena zakázky byla stanovena následujícím způsobem: 1. Specialista CTL byla stanovena potřebná konfigurace nového a upgradovaného spektrometru vč. SW vybavení. 2. Dodavatelskou společností byla vypracována předběžná cenová kalkulace na požadovanou konfiguraci (zahrnuje veškeré náklady spojené s danou zakázkou, tj. vč. dopravy, pojištění, přípravy pracoviště, zaškolení, dokumentace, záručního servisu atd.) 3. Výsledná cena byla konzultována s nezávislými tuzemskými a zahraničními specialisty v oblasti NMR s tím, že dle jejich vyjádření se jedná o cenu v místě a čase obvyklou (v souladu s příslušnými předpisy (§ 12 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, za použití § 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění). V případě nového spektrometru se dokonce jedná o cenu o cca 15 % lacinější než pořizovací cena obdobné konfigurace v CTL slovenské CS.